


Protocollo Gavecelt 2017

per la prevenzione delle infezioni da dispositivi per accesso venoso.




01 Corretta indicazione
Scelta del dispositivo più appropriato

02 Corretta asepsi
Massime precauzioni di barriera




03 Scelta del sito di emergenza
Evitare le zone di flessione

04 Tecnica corretta d'impianto
Utilizzare sempre l'impianto ecoguidato



05 Fissaggio appropriato
Stabilizzare con un sistema sutureless appropriato

06 Protezione del sito di emergenza
Utilizzare membrane semipermeabili



07 Protezione della linea di infusione
Disinfettare le porte di accesso

08 Facilitare l'utilizzo dei bundles
Utilizzo di carrelli dedicati, kit e checklist



Checklist:

- | | | | | | | | |
|-----------------------|----|-----------------------|----|-----------------------|----|-----------------------|----|
| <input type="radio"/> | 01 | <input type="radio"/> | 03 | <input type="radio"/> | 05 | <input type="radio"/> | 07 |
| <input type="radio"/> | 02 | <input type="radio"/> | 04 | <input type="radio"/> | 06 | <input type="radio"/> | 08 |